

中华人民共和国医疗器械注册证

注册证编号：国械注进20162180714

注册人名称	临床创新有限公司 Clinical Innovations, LLC
注册人住所	747 west 4170 South Murray, UT 84123 United States
生产地址	747 west 4170 South Murray, UT 84123 United States
代理人名称	禧暖医疗器械(上海)有限公司
代理人住所	中国(上海)自由贸易试验区华京路8号第8层813室
产品名称	胎头真空吸引器 KiWi Vacuum Delivery System
型号、规格	VAC-6000M, VAC-6000MT, VAC-6000C
结构及组成	该产品主要由掌上泵、橡皮导管和杯体(蘑菇状杯体和钟形杯体)组成。杯体材料为聚碳酸酯。该产品无菌状态提供, 一次性使用。
适用范围	该产品是适用于与胎头骨盆有关的第二产程(下降停止)延长, 推测会出现胎头危象(认为不严重)或根据产妇和胎头的情况决定缩短第二产程的妇产科器械。
附件	产品技术要求
其他内容	/
备注	原注册证编号: 国械注进20162540714

审批部门: 国家药品监督管理局

批准日期: 二〇二〇年十一月二十三日

有效期至: 二〇二五年十一月二十二日